



АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ

Акредитациони број / *Accreditation No:*
06-192

Датум прве акредитације /
Date of initial accreditation: 04.12.2017.

Ознака предмета / *File Ref. No.:*
2-03-256
Важи од / *Valid from:*
01.06.2026.
Замењује Обим од / *Replaces Scope dated:*
06.10.2022.

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

МИНЕЛ ФЕПО ДОО ЗРЕЊАНИН
Зрењанин, Железничка 3

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Контролисање у области мерних инструмената: мерни трансформатори / *Inspection in the field of measuring instruments: transformers for electricity billing*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ <i>Opseg контролисања</i>	Врста контролисања	Референтна документа
К-04 Мерни инструменти (мерила)			
1.	Струјни мерни трансформатори за обрачун електричне енергије примарне називне струје до 5000 А, класе тачности 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5, 0.5S	Прво контролисање Ванредно контролисање	Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије („Сл. гласник РС”, бр. 88/22)
2.	Напонски мерни трансформатори за обрачун електричне енергије примарног називног напона до 123 kV, класе тачности 0.1, 0.2, 0.5	Прво контролисање Ванредно контролисање	Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије („Сл. гласник РС”, бр. 88/22)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-192**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / **31.05.2031.**
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара