



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

**ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ, Сектор финансијско - комерцијалних послова
Лабораторија за контролисање водомера
Лесковац, Пана Ђукића 14**

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Контролисање у области мерних инструмената: водомери / *Inspection in the field of measuring instruments: water meters*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-04: Мерни инструменти (мерила)				
1.	Водомери за хладну воду, називног пречника од 15 mm до 40 mm, називног протока до 10 m ³ /h (опсег протока је од 0,03 m ³ /h до 20 m ³ /h)	Периодично контролисање * Ванредно контролисање *	Правилник о метролошким условима за водомере („Службени лист СФРЈ” бр. 51/1986) Метролошко упутство за преглед водомера („Гласник СЗМДМ” бр. 2/1990) * у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18)	Л1
2.	Водомери за хладну воду, класе температуре Т30 и Т50, називног протока од 15 mm до 50 mm, сталног протока Q3 до 30 m ³ /h и односа протока Q3/Q1 (R) до 1000	Периодично контролисање Ванредно контролисање	Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр 3/2018) OIML R49-1: 2013 OIML R49-2: 2013 SRPS EN ISO 4064-1:2017 SRPS EN ISO 4064-2:2017 SRPS EN ISO 4064-5:2017 Правилник о оверавању водомера који су предвиђени за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији ("Сл. гласник РС", бр. 90/2023)	Л1



Акредитациони број/
Accreditation No. **06-129**

Важи од/Valid from: 25.03.2025.

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 01.08.2024.

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Лесковац, Влајкова 197, Биљана Илић, 0643900395, lab.vodomeri@vodovodle.rs

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број /
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No **06-129**

Акредитација важи до /
Accreditation expiry date **24.03.2029.**

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара