



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености/ *Accredited conformity assessment body*

БИО ИРЦ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, Првослава Стојановића 6

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

-механичка испитивања медицинских средстава / *mechanical testing of medical devices*

Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope

Место испитивања: БИО ИРЦ Лабораторија(Крагујевац, Сестре Јањић 6) Област испитивања: Механичка испитивања медицинских средстава				
Р. Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери	Опсег мерења (где је примењиво)	Референтни документ
1	Кардиоваскуларни имплантати–ендоваскуларна средстава–ендоваскуларне протезе	Механичко испитивање материјала на замор – тест издржљивости		ISO 25539-1:2017 SRPS EN ISO 25539-1:2017 Aneks D.5.2.3

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **01-441**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 01-441

Акредитација важи до:13.09.2024.
Accreditation expiry date:13.09.2024.

в.д. ДИРЕКТОРА

проф. др Ацо Јанићијевић