



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ
И УСЛУГЕ АНТИПЛАМ
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)
Лабораторија за испитивање
Београд (Палилула), Бранка Момирова 21

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Физичка и механичка испитивања опреме под притиском / *Physical and mechanical testing of pressure equipment*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Место испитивања: лабораторија Физичка и механичка испитивања: опреме под притиском				
Р. Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врсте испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Челичне бешавне боце за гас	Визуелни преглед спољашњости боце		SRPS ISO 6406:2014, t.7
		Визуелни преглед унутрашњости боце		SRPS ISO 6406:2014, t.8
		Преглед навоја боце		SRPS ISO 6406:2014, t.10.3
		Провера масе боце	0 kg до 50 kg	SRPS ISO 6406:2014, t.15.3
		Испитивање на притисак	до 400 bar	SRPS ISO 6406:2014, t.11.2
2.	Ручни и превозни апарати за гашење пожара	Хидрауличко испитивање	0 bar до 30 bar	SRPS Z.C2.022:1981, t.3.5.1 - повучен

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **01-110**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 01-110

Акредитација важи до / 05.07.2027.
Accreditation expiry date

ВД ДИРЕКТОРА

мр Драган Пушара